



Vesibalongillinen syöttöletku eli bolustuubi (Potilasohje)

Teille on ____/____20__ vaihdettu

_____ (valmistaja) _____ Fr

vesibalongillinen syöttöletku eli bolustuubi (ref:_____)

Tarkistakaa ensimmäisen viikon aikana ____/____ - ____/____ 20__
ballongin veden määrää ja väri **päivittäin** (laitettu 9 ml vettä).

Jatkossa vaihtakaa ballongin vesi **kerran viikossa**. Jos tarkistuksen yhteydessä ballongin vesimäärä on vähentynyt puoleen, vaihtakaa uusi bolustuubi.

Vesimäärän vähennyttyä puoleen voi ballonki olla rikkoutunut, jolloin bolustuubi nousee osittain tai kokonaan pois paikoiltaan. **Mahalaukkuavanne umpeutuu muutamassa tunnissa**. Umpeutumisen ehkäisemiseksi teipatkaa vanha bolustuubi paikoilleen tai laittakaa uusi bolustuubi.

Bolustuubi vaihdetaan 2-3 kuukauden välein. Vaihdon voi suorittaa potilas itse, potilaan omainen tai hoitohenkilökunta.

Seuraava bolustuubin vaihto:

Lapin keskussairaala____terveyskeskus/muu hoitolaitos __itse/omaisen ____ .

Sairaanhoitaja

Mahdollisissa ongelmatilanteissa voitte ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai arkipäivisin Lapin keskussairaalan PEG-hoitajaan p.040 637 6823.

8/2020 IT